

依頼者 株式会社 松風

検体名 人工まっげ

財団法人

日本食品分析センター

東京本部 〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町52番1号
大阪支所 〒564-0051 大阪府吹田市鶴津町3番1号
名古屋支所 〒460-0011 名古屋市中区大須4丁目5番13号
九州支所 〒812-0034 福岡県博多区下泉服町1番12号
多摩研究所 〒206-0025 東京都多摩市永山6丁目11番10号
千歳研究所 〒066-0052 北海道千歳市文京2丁目3番
彩都研究所 〒567-0085 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目4番41号

当センターに提出された上記検体について分析試験した結果は次のとおりです。

分析試験結果

分析試験項目	結果	検出限界	注	方法
一般細菌数(生菌数)	100以下/g			SCDLP寒天平板培養法

以上

分析試験成績書

第209062056-002号

依頼者 株式会社 松風

検体名 人工まつげ

財団法人

日本食品分析センター

東京本部 〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町52番1号
 大阪支所 〒564-0041 大阪府吹田市豊津町3番1号
 名古屋支所 〒460-0011 名古屋市中区大須4丁目5番13号
 九州支所 〒812-0024 福岡市博多区下呉服町1番12号
 多摩研究所 〒206-0025 東京都多摩市永山16丁目11番10号
 千歳研究所 〒066-0052 北海道千歳市文京2丁目3番
 彩都研究所 〒567-0085 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目4番41号

当センターに提出された上記検体について分析試験した結果は次のとおりです。

分析試験結果

分析試験項目	結果	検出限界	注	方法
無菌試験 ソリッド・カタインダigest培地 液状カゴリコール酸培地	菌の発育を認めず 菌の発育を認めず		1	

注1. 第十五改正日本薬局方 一般試験法「無菌試験法(直接法)」。

以上